Arbeitstägliche Qualitätskontrolle der Gammasonde

Nulleffekt und Ansprechvermögen

Betreiber:		Sonden SN:
Gerätename:	NUK-Geräte-ID: NG-	Sonden Standort:

Nulleffekt

Bezugswert (BW) = Mittelwert aus mindestens 10 Messungen

Reaktionsschwellen (RS) = BW + 20 %	*Toleranzgrenzen (TG) = BW + 50 %*

Ansprechvermögen (Ausbeute)

Bezugswert (BW) = Mittelwert aus mindestens 10 Messungen

Reaktionsschwellen (RS) = BW ± 10 %	*Toleranzgrenzen (TG) = BW ± 15 %*

Messbedingungen, Bezugswerte und Reaktionsschwellen

Prüfstrahler:		Prüfstr.-Nr.:		Ref.-Aktivität [Imp]:		Ref.-Datum:	

Qualitätskontrolle	Bezugswerte	Nuklid	RS_{min}	RS_{max}	TG_{min}	TG_{max}
Nulleffekt/Background	[Imp]					
Ausbeute/Stabilität	[cps/MBq]					

Datum	**Nulleffekt**	**Ansprechvermögen**			**Bemerkungen**	**Unter-schrift**
	Tc-99m [Imp]	**Sollwert** [Imp]	**Messwert** [Imp]	**Abweichung [%]**		