Arbeitstägliche Qualitätskontrolle der OP Sonde

Nulleffekt und Ansprechvermögen mit Co-57

Betreiber:			
Gerätename:		Hersteller:	

Nulleffekt	
Bezugswert (BW) = Mittelwert aus mindestens 10 Messungen	
Reaktionsschwellen (RS) = BW + 20%	*Toleranzgrenzen (TG) = BW + 50%*
Ansprechvermögen (Ausbeute)	
Bezugswert (BW) = Mittelwert aus mindestens 10 Messungen	
Reaktionsschwellen (RS) = BW ± 10%	*Toleranzgrenzen (TG) = BW ± 15%*

Messbedingungen, Bezugswerte und Reaktionsschwellen

Prüfstrahler:	Co-57	Prüfstr-Nr.:		Ref-Aktivität [Imp]:		Datum:	

Qualitätskontrolle	Bezugswerte [Imp]	Nuklid	RSmin [Imp]	RS_{max} [Imp]	TG_{min} [Imp]	TGmax [Imp]
Nulleffekt/Background		**Tc-99m**				
Ausbeute/Stabilität						

Datum	**Nulleffekt**	**Ansprechvermögen Tc-99m**			**Bemerkungen**	**Unter-schrift**
	Tc-99m [Imp]	**Sollwert** [Imp]	**Messwert** [Imp]	**Abweichung**		