Wöchentliche Qualitätskontrolle der Zwei-Kopf-Gammakamera

Ausbeute und Inhomogenität

Betreiber:					
Gerätename:		**Serien Nr.:**		**von bis :**	

Ausbeute/Sensitivität

Bezugswert (BW) aus Abnahmeprüfung

Reaktionsschwellen (RS) = BW ± 5%	*Toleranzgrenzen (TG) = BW ± 10%*

Integrale Inhomogenität im UFOV (useful field of view)

Bezugswert (BW) = Integrale Inhomogenität im UFOV aus Abnahmeprüfung

Planare Kamera :	Reaktionsschwelle (RS) = 6%	Toleranzgrenze (TG) = 8%
SPECT Kamera :	Reaktionsschwelle (RS) = BW * 1,5	Toleranzgrenze (TG) = 5%

Messbedingungen

Nuklid	Peaklage und Energiefenster	Aktivität [MBq]	Abstand und Art der Quelle	Kollimator

Bezugswerte und Reaktionsschwellen:	**Ausbeute** [$s^{-1}MBq^{-1}$]		**Integrale Inhomogenität** [%]		
	Kopf 1	Kopf 2	Kopf 1	Kopf 2	
BW					
RS					
TG					

Datum	**Aktivität (korr.)** [MBq]	**Ausbeute-Messung** [$s^{-1}MBq^{-1}$]				**Int. Inhomog.** [%]		**Bemerkungen**	**Unterschrift**
		Kopf 1		Kopf 2					
		Ausb.	Abw.	Ausb.	Abw.	Kopf 1	Kopf 2		